

采购离心机需要注意哪些要点

实验室离心机广泛用于医院、生物化学等科研所实验室对血清、血浆和医药制品作定性分析.

采购一台实验室离心机的时候需要注意哪些要点？

先确定离心机的转速，是想要低速还是高速的，一般市面上常见的离心机转速有 4000 转，5000 转，6000 转，这几种属于低速离心机，另外有 16000 转，18000 转以及 20000 转，这几款属于高速离心机，确定想要的转速和离心力之后，试想下实验的物料是否需要带冷冻功能，需要择选择具有冷冻功能的离心机。

这样离心机的大致方向已经确认好了，接下来要确认的就是离心机的转子容量，常见的转子有角转子和水平转子，这两种转子的功能差不多，具体看实验需要哪种类型的，常用转子的容量有 4*100ml、12*10ml、6*50ml、24×1.5/2.0ml。每款离心机可以适配多个角转子使用，实验时想要哪种容量的就选择哪种的规格的。

资料来源：杭州川一实验仪器有限公司